

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	40735457	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	CRUZ PEÑA	Nombre:	SAMMY	Segundo nombre:	EDWAR
Fecha de nacimiento:	20/12/1980	Edad:	38	Altura:	166 cm
ID alternativo:		Peso:	84,0 kg	IMC:	30,5

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	28/01/2019 10:38	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	5	Rev. de la exactitud:	28/01/2019 07:36	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 5)	Mejor 2 (Prueba 2)	Mejor 3 (Prueba 3)
				10:40:44	10:38:44	10:39:23
FVC (L)	4,06	4,55	89	4,06	4,01	4,01
FEV1 (L)	3,48	3,68	95	3,48	3,39	3,37
Relación de FEV1	0,86	0,82	105	0,86	0,85	0,84
PEF (L/Min)	505	552	92	493	505	481
FEF25-75 (L/s)	4,47	3,83	117	4,47	4,18	4,27

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,05 L	0,09 L	0 soplido(s)	2 soplido(s)	0 soplido(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____