

Vitalograph

Informe de función pulmonar

Información del sujeto

ID:	45019226	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	MORE OLAYA	Nombre:	EDWAR	Segundo nombre:	REYNER
Fecha de nacimiento:	29/04/1988	Edad:	30	Altura:	163 cm
ID alternativo:		Peso:	85,0 kg	IMC:	32

Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	04/02/2019 11:48	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	3	Rev. de la exactitud:	04/02/2019 06:48	Usuario:	Administrator
Valores prev.: Valores en BTPS	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado

Gráfico de flujo/volumen





Gráfico de volumen/tiempo



Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 2)	Mejor 2 (Prueba 3)	Mejor 3 (Prueba 1)
				11:49:21	11:50:12	11:48:31
FVC (L)	4,42	4,54	97	4,42	4,32	4,31
FEV1 (L)	3,64	3,77	97	3,64	3,62	3,55
Relación de FEV1	0,82	0,83	99	0,82	0,84	0,82
PEF (L/Min)	458	541	85	455	458	429
FEF25-75 (L/s)	4,11	4,09	100	4,11	4,21	3,92

*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,10 L	0,02 L	0 soplo(s)	0 soplo(s)	0 soplo(s)

Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.



Firma: _____

Fecha: _____