



### Informe de función pulmonar


#### Información del sujeto

ID:	72521047	Grupo de población:	MEJICANO AMERIC	Sexo:	Hombre
Apellidos:	PORTERO PEÑA	Nombre:	RANDY	Segundo nombre:	YAIR
Fecha de nacimiento:	19/10/1993	Edad:	25	Altura:	168 cm
ID alternativo:		Peso:	79,0 kg	IMC:	28
Datos de consumo de tabaco:	Fumador				


#### Información de la sesión de pruebas

Fecha de la prueba:	10/11/2018 09:54	Dispositivo:	ALPHA	Número de serie:	28504
Nº de pruebas:	7	Rev. de la exactitud:	13/09/2018 08:05	Usuario:	Administrator
Valores prev.:	NHANES M	Factor prev.:	100%	Postura:	Sentado
Valores en BTPS					

#### Gráfico de flujo/volumen



#### Gráfico de volumen/tiempo



#### Resultados

Parámetro	Mejor ATS/ERS	Prev.	Porcentaje prev.	Mejor 1 (Prueba 7)	Mejor 2 (Prueba 6)	Mejor 3 (Prueba 3)
				10:01:37	9:59:39	9:56:39
FVC (L)	<b>4,67</b>	<b>4,93</b>	<b>95</b>	4,67	4,62	4,36
FEV1 (L)	<b>3,89</b>	<b>4,16</b>	<b>94</b>	3,89	3,78	3,72
Relación de FEV1	<b>0,83</b>	<b>0,85</b>	<b>98</b>	0,83	0,82	0,85
PEF (L/Min)	<b>508</b>	<b>571</b>	<b>89</b>	502	331*	421*
FEF25-75 (L/s)	<b>4,13</b>	<b>4,58</b>	<b>90</b>	4,13	4,05	4,31

\*Por debajo del límite inferior de normalidad (LIN)

#### Información de calidad y repetibilidad de la sesión

Grado de la sesión	Rep. de FVC:	Rep. de FEV1:	Inicio lento de la prueba	No se han cumplido los criterios de finalización de prueba	Tos detectada en 1er segundo
A	0,05 L	0,11 L	0 soplo(s)	1 soplo(s)	0 soplo(s)

#### Interpretación sugerida por el equipo

No se puede confiar en las interpretaciones del ordenador para realizar diagnósticos. Función ventilatoria normal.  
 Edad pulmonar estimada: 29 años

ATS

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_